

大阪刀根山医療センター 治験

ID1901 [1.薬剤部 室温/冷所 温度記録]

2023/11

	温度(°c)			外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	最低	平均	最高	
1日	22.0	23.0	23.6	2.7	3.7	5.1	
2日	22.2	23.0	23.7	2.7	3.7	5.2	
3日	22.0	23.0	23.6	2.7	3.7	5.1	
4日	22.3	23.0	23.5	2.7	3.7	5.2	
5日	22.4	23.1	23.6	2.7	3.7	5.3	
6日	22.2	23.1	23.8	2.6	3.7	6.7	
7日	22.1	23.0	23.6	2.6	3.7	5.1	
8日	21.9	22.9	23.4	2.3	3.6	5.1	
9日	21.7	22.8	23.4	2.3	3.4	4.8	
10日	21.8	22.8	23.3	2.2	3.4	4.8	
11日	22.7	23.4	24.5	2.2	3.4	4.7	
12日	23.8	24.2	24.7	2.3	3.4	4.7	
13日	23.2	23.7	24.0	2.4	3.5	4.9	
14日	23.5	23.9	24.2	2.4	3.5	4.9	
15日	23.4	23.9	24.2	2.4	3.5	4.8	
16日	22.9	23.7	24.3	2.3	3.5	4.9	
17日	22.7	23.7	24.4	2.3	3.5	4.9	
18日	21.7	22.1	22.7	2.4	3.5	4.9	
19日	21.5	22.1	22.9	2.4	3.5	4.9	
20日	21.9	22.9	23.8	2.4	3.5	4.9	
21日	22.2	23.1	24.3	1.7	3.6	5.3	※1
22日	21.7	22.9	23.9	2.8	4.2	5.8	
23日	22.0	22.8	23.7	3.0	4.3	6.0	
24日	22.6	23.4	24.2	2.9	4.5	7.0	
25日	21.7	22.2	22.7	3.1	4.3	6.0	
26日	21.1	21.7	22.4	3.1	4.3	6.0	
27日	21.0	22.3	23.7	3.0	4.6	6.8	
28日	22.1	22.9	24.1	3.0	4.3	6.0	
29日	21.2	22.4	23.6	3.1	4.4	5.9	
30日	21.7	23.0	24.2	3.2	4.7	6.0	
全体	21.0	23.0	24.7	1.7	3.8	7.0	

※1 治験薬の配置整理の際、温度の下限値逸脱発生。3分と1分。計4分。最低1.7°C。  
逸脱となる該当試験の担当者に連絡済。

2023-12-01

Miki Yoshikawa

Miki Yoshikawa

署名理由：内容確認

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	19.8	20.0	20.1	
2日	19.9	20.0	20.2	
3日	19.9	20.0	20.1	
4日	19.9	20.0	20.2	
5日	19.9	20.0	20.2	
6日	19.9	20.0	20.2	
7日	19.9	20.0	20.2	
8日	19.8	20.0	20.2	
9日	19.8	20.0	20.2	
10日	19.8	19.9	20.1	
11日	19.8	19.9	20.1	
12日	19.8	20.0	20.2	
13日	19.8	20.0	20.4	
14日	<b>19.7</b>	20.1	20.5	
15日	<b>19.7</b>	20.0	20.4	
16日	<b>19.7</b>	20.1	20.5	
17日	19.8	20.1	20.4	
18日	19.8	20.1	20.5	
19日	19.8	20.1	20.5	
20日	19.8	20.1	20.5	
21日	19.8	20.1	<b>20.6</b>	
22日	19.8	20.0	20.4	
23日	19.9	20.0	20.3	
24日	19.8	20.0	20.2	
25日	19.8	20.0	20.3	
26日	19.9	20.0	20.3	
27日	19.8	20.0	20.3	
28日	19.8	20.0	20.3	
29日	19.8	20.0	20.3	
30日	19.8	20.0	20.3	
全体	<b>19.7</b>	20.0	<b>20.6</b>	

2023-12-01

Miki Yoshikawa

Miki Yoshikawa

署名理由：内容確認

大阪刀根山医療センター 治験

ID1902 [3.検査科 冷蔵 温度記録]

2023/11

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	4.1	5.3	6.2	
2日	4.5	5.3	6.2	
3日	4.6	5.3	6.2	
4日	4.6	5.3	6.2	
5日	4.6	5.3	6.2	
6日	4.4	5.3	6.2	
7日	4.1	5.3	6.2	
8日	4.4	5.3	6.2	
9日	3.9	5.3	6.2	
10日	4.4	5.3	6.2	
11日	4.6	7.5	14.8	※1
12日	4.6	5.3	6.1	
13日	4.0	5.3	6.1	
14日	4.4	5.3	6.1	
15日	4.5	5.3	6.1	
16日	4.4	5.3	6.2	
17日	4.4	5.2	6.1	
18日	4.6	5.3	6.1	
19日	4.5	5.3	6.1	
20日	4.4	5.2	6.1	
21日	4.3	5.2	6.1	
22日	4.4	5.3	6.1	
23日	4.6	5.3	6.1	
24日	4.4	5.3	6.1	
25日	4.6	5.3	6.1	
26日	4.5	5.3	6.1	
27日	4.4	5.2	6.1	
28日	4.1	5.3	6.1	
29日	4.5	5.3	6.1	
30日	4.4	5.3	6.1	
全体	3.9	5.4	14.8	

※1 11/11 14:00~16:01まで計画停電の影響で温度逸脱。122分。最高14.8℃。検体保管なし。

01/12/2023

Miki Yoshikawa

Miki Yoshikawa

署名理由：内容確認

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-27.1	-26.9	-26.5	
2日	-27.0	-26.9	-25.8	
3日	-27.0	-27.0	-26.9	
4日	-27.0	-27.0	-26.9	
5日	-27.0	-26.9	-26.9	
6日	-27.0	-27.0	-26.9	
7日	-27.0	-26.9	-26.0	
8日	-27.0	-26.8	-25.1	
9日	-27.0	-26.9	-26.3	
10日	-27.0	-26.9	-25.3	
11日	-27.0	-26.4	-22.2	
12日	-27.1	-27.1	-27.0	
13日	-27.1	-27.1	-26.3	
14日	-27.3	-26.9	-23.6	
15日	-27.3	-27.0	-24.9	
16日	-27.3	-27.1	-26.1	
17日	-27.3	-27.2	-26.7	
18日	-27.3	-27.2	-27.2	
19日	-27.3	-27.3	-27.2	
20日	-27.3	-27.2	-27.2	
21日	-27.3	-27.2	-26.2	
22日	-27.3	-27.2	-26.1	
23日	-27.3	-27.3	-27.2	
24日	-27.3	-27.2	-26.2	
25日	-27.3	-27.3	-27.2	
26日	-27.4	-27.3	-27.2	
27日	-27.3	-27.3	-27.2	
28日	-27.3	-27.2	-26.0	
29日	-27.3	-27.3	-27.2	
30日	-27.3	-27.2	-25.8	
全体	-27.4	-27.1	-22.2	

01/12/2023

Miki Yoshikawa

Miki Yoshikawa

署名理由：内容確認

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-84.0	-83.5	-80.3	
2日	-83.8	-82.6	-79.2	
3日	-83.7	-83.3	-80.1	
4日	-83.8	-83.5	-80.0	
5日	-83.7	-83.2	-79.9	
6日	-83.6	-83.2	-79.9	
7日	-83.5	-83.2	-79.8	
8日	-83.6	-82.8	-79.6	
9日	-83.7	-83.0	<b>-78.5</b>	
10日	-83.5	-83.0	-80.0	
11日	-85.3	-83.8	-79.9	
12日	-86.2	-85.5	-81.0	
13日	-86.9	-86.2	-81.3	
14日	-86.0	-84.0	-79.0	
15日	-85.1	-84.0	-79.4	
16日	-84.9	-84.6	-81.1	
17日	-84.8	-84.2	-80.8	
18日	-85.2	-84.5	-80.8	
19日	-85.6	-85.2	-81.4	
20日	-85.7	-85.1	-81.4	
21日	-86.4	-85.4	-81.3	
22日	-86.1	-85.3	-82.0	
23日	-85.8	-85.0	-81.0	
24日	-85.3	-84.9	-81.2	
25日	-86.1	-85.5	-81.4	
26日	<b>-87.2</b>	-85.5	-81.3	
27日	-84.9	-84.6	-80.8	
28日	-84.7	-84.4	-80.9	
29日	-85.0	-84.3	-80.8	
30日	-84.8	-84.0	-79.8	
全体	<b>-87.2</b>	-84.2	<b>-78.5</b>	

01/12/2023

Miki Yoshikawa

Miki Yoshikawa

署名理由：内容確認









# OnDollReport202311

最終監査レポート

2023-11-30

作成日 :	2023-11-30
ユーザー名 :	Miki Yoshikawa (yoshikawa.miki.ht@mail.hosp.go.jp)
ステータス :	署名済み
トランザクション ID :	CBJCHBCAABAAJWVJkGHskmp2glqIpF48gLCuo6cHPejj

## 「OnDollReport202311」の履歴

-  Miki Yoshikawa (yoshikawa.miki.ht@mail.hosp.go.jp) 様が文書を作成しました  
2023-11-30 - 22:54:38 GMT- IP アドレス : 211.130.161.33
-  文書が署名のために Miki Yoshikawa (yoshikawa.miki.ht@mail.hosp.go.jp) 様に電子メールで送信されました  
2023-11-30 - 22:54:41 GMT
-  文書が承認のために suizu.tomoki.rh@mail.hosp.go.jp 様に電子メールで送信されました  
2023-11-30 - 22:54:41 GMT
-  Miki Yoshikawa (yoshikawa.miki.ht@mail.hosp.go.jp) 様が文書に電子サインしました  
Adobe Acrobat Sign API から取得した URL を使用して電子サインが取得されました  
署名日 : 2023-11-30 - 22:55:56 GMT - タイムソース : サーバー- IP アドレス : 211.130.161.32
-  suizu.tomoki.rh@mail.hosp.go.jp 様が電子メールを閲覧しました  
2023-11-30 - 22:59:06 GMT- IP アドレス : 211.130.161.33
-  署名者 suizu.tomoki.rh@mail.hosp.go.jp 様は 署名時に 水津智樹 として名前を入力しました  
2023-11-30 - 23:00:43 GMT- IP アドレス : 211.130.161.32
-  水津智樹 (suizu.tomoki.rh@mail.hosp.go.jp) 様が文書を承認しました  
承認日 : 2023-11-30 - 23:00:45 GMT - タイムソース : サーバー- IP アドレス : 211.130.161.32
-  すべてのプロセスが完了しました  
2023-11-30 - 23:00:45 GMT