

	温度(°c)			外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	最低	平均	最高	
1日	21.0	22.1	22.6	3.6	4.0	4.3	
2日	21.4	22.2	22.6	3.4	3.9	4.3	
3日	20.8	22.1	22.6	3.3	3.6	4.0	
4日	20.2	22.0	22.6	3.3	3.6	4.0	
5日	20.3	21.9	22.6	3.3	3.7	4.0	
6日	20.6	22.1	22.6	3.4	3.7	4.1	
7日	20.8	22.1	22.5	3.4	3.7	4.0	
8日	20.9	22.2	22.6	3.4	3.7	4.0	
9日	21.0	22.1	22.6	3.4	3.7	4.0	
10日	21.1	21.9	22.6	3.4	3.7	4.0	
11日	21.4	22.1	22.6	3.4	3.7	4.0	
12日	21.1	21.9	22.5	3.4	3.7	4.0	
13日	20.7	21.8	22.5	3.4	3.7	4.0	
14日	20.6	21.3	21.9	3.4	3.7	4.0	
15日	20.1	20.8	21.4	3.4	3.7	4.0	
16日	20.4	21.4	22.4	3.4	3.7	4.1	
17日	20.5	21.6	22.5	3.5	4.0	4.5	
18日	19.9	21.5	22.5	3.9	4.1	4.4	
19日	19.7	21.8	22.5	3.9	4.1	4.4	
20日	20.1	21.8	22.3	3.9	4.1	4.4	
21日	20.4	22.3	27.6	3.9	4.1	4.5	
22日	20.8	21.4	21.9	3.9	4.1	4.4	
23日	20.3	21.8	23.2	3.9	4.1	4.6	
24日	21.5	22.5	23.6	3.8	4.1	5.3	
25日	20.6	22.0	23.6	3.9	4.1	4.4	
26日	21.3	22.4	24.0	3.8	4.1	4.4	
27日	21.2	22.7	24.1	3.8	4.1	4.4	
28日	22.0	22.5	23.2	3.8	4.1	4.5	
29日	21.6	22.2	22.9	4.0	4.3	4.6	
30日	21.6	22.4	23.3	4.0	4.3	4.6	
31日	22.2	22.8	23.7	4.0	4.2	4.5	
全体	19.7	22.0	27.6	3.3	3.9	5.3	

2025-01-06

Miki Yoshikawa

Miki Yoshikawa

署名理由：内容確認

ID1905 [2.薬剤部 恒温槽 温度記録]

2024/12

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	20.0	20.1	20.2	
2日	19.9	20.1	20.2	
3日	20.0	20.1	20.2	
4日	20.0	20.1	20.2	
5日	19.9	20.1	20.3	
6日	19.9	20.1	20.2	
7日	19.9	20.1	20.2	
8日	19.9	20.1	20.2	
9日	19.8	20.1	20.4	
10日	19.7	20.0	20.4	
11日	19.7	20.0	20.3	
12日	19.7	20.0	20.3	
13日	19.8	20.0	20.3	
14日	19.8	20.0	20.3	
15日	19.8	20.1	20.3	
16日	19.8	20.1	20.4	
17日	19.7	20.1	20.5	
18日	19.8	20.1	20.5	
19日	19.8	20.1	20.5	
20日	19.8	20.1	20.5	
21日	19.7	20.1	20.5	
22日	19.8	20.1	20.5	
23日	19.8	20.1	20.5	
24日	19.7	20.1	20.5	
25日	20.0	20.1	20.2	
26日	19.9	20.1	20.2	
27日	19.9	20.1	20.3	
28日	19.9	20.1	20.3	
29日	19.9	20.1	20.3	
30日	19.9	20.1	20.3	
31日	19.9	20.1	20.3	
全体	19.7	20.1	20.5	

2025-01-06

Miki Yoshikawa

Miki Yoshikawa

署名理由：内容確認

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日			
2日			
3日			
4日			
5日			
6日			
7日			
8日			
9日			
10日			
11日			
12日			
13日			
14日			
15日			
16日			
17日	19.2	20.9	21.3
18日	19.5	20.9	21.3
19日	19.4	20.9	21.3
20日	19.4	20.9	21.3
21日	19.4	20.9	21.5
22日	19.5	20.9	21.4
23日	19.4	21.0	21.4
24日	19.4	20.9	21.3
25日	19.4	21.0	21.3
26日	19.5	21.0	21.4
27日	19.4	21.0	21.4
28日	19.5	21.0	21.3
29日	19.7	21.0	21.4
30日	19.5	21.0	21.4
31日	19.6	20.9	21.4
全体	19.2	20.9	21.5

2025-01-06

Miki Yoshikawa

Miki Yoshikawa

署名理由：内容確認

ID1902 [4.検査科 冷蔵 温度記録]

2024/12

	温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	4.8	5.4	6.1	
2日	4.5	5.3	6.1	
3日	4.3	5.3	6.1	
4日	4.6	5.4	6.1	
5日	4.6	5.4	6.1	
6日	4.4	5.4	6.1	
7日	4.8	5.4	6.1	
8日	4.8	5.4	6.1	
9日	4.7	5.4	6.1	
10日	4.6	5.4	6.1	
11日	4.7	5.4	6.1	
12日	4.5	5.4	6.1	
13日	4.7	5.4	6.1	
14日	4.8	5.4	6.1	
15日	4.8	5.4	6.1	
16日	4.5	5.3	6.1	
17日	4.5	5.4	6.1	
18日	4.6	5.3	6.1	
19日	4.5	5.3	6.1	
20日	4.4	5.3	6.1	
21日	4.8	5.4	6.1	
22日	4.8	5.4	6.1	
23日	4.5	5.3	6.0	
24日	4.4	5.3	6.1	
25日	4.5	5.3	6.1	
26日	4.5	5.3	6.0	
27日	4.6	5.3	6.0	
28日	4.8	5.4	6.0	
29日	4.6	5.3	6.0	
30日	4.5	5.3	6.0	
31日	4.6	5.3	6.0	
全体	4.3	5.4	6.1	

2025-01-06

Miki Yoshikawa

Miki Yoshikawa

署名理由：内容確認

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-28.9	-28.6	-28.3	
2日	-28.9	-28.6	-28.3	
3日	-28.9	-28.4	-25.9	
4日	-28.9	-28.5	-26.4	
5日	-28.8	-28.5	-26.9	
6日	-28.9	-28.5	-27.4	
7日	-28.9	-28.6	-28.3	
8日	-28.9	-28.6	-28.3	
9日	-28.9	-28.6	-28.3	
10日	-28.9	-28.6	-27.1	
11日	-28.9	-28.6	-25.9	
12日	-29.0	-28.5	-26.9	
13日	-29.0	-28.7	-28.4	
14日	-29.0	-28.7	-28.4	
15日	-29.0	-28.7	-28.4	
16日	-29.0	-28.6	-26.2	
17日	-28.9	-28.6	-27.7	
18日	-29.0	-28.6	-27.2	
19日	-29.0	-28.6	-27.8	
20日	-29.0	-28.6	-25.1	
21日	-28.9	-28.6	-28.4	
22日	-29.0	-28.6	-28.3	
23日	-28.9	-28.5	-25.2	
24日	-28.9	-28.4	-24.2	
25日	-28.9	-28.5	-27.2	
26日	-28.9	-28.6	-27.1	
27日	-28.9	-28.6	-27.6	
28日	-28.9	-28.6	-28.3	
29日	-29.0	-28.6	-26.5	
30日	-29.0	-28.6	-27.0	
31日	-29.0	-28.7	-27.4	
全体	-29.0	-28.6	-24.2	

2025-01-06

Miki Yoshikawa

Miki Yoshikawa

署名理由：内容確認

	外付け温度(°c)			備考
	最低	平均	最高	
1日	-82.4	-82.0	-78.6	
2日	-82.9	-82.2	-78.3	
3日	-83.8	-82.0	<b>-77.2</b>	
4日	-84.0	-82.7	-79.1	
5日	-83.5	-82.5	-78.2	
6日	-83.8	-82.5	-78.9	
7日	-84.8	-83.0	-78.5	
8日	-85.7	-84.5	-79.7	
9日	-86.0	-85.2	-80.7	
10日	-85.4	-84.6	-80.0	
11日	-85.0	-84.2	-80.1	
12日	-85.8	-84.5	-79.6	
13日	-85.1	-83.6	-79.7	
14日	-85.5	-84.0	-79.2	
15日	-87.6	-86.7	-80.9	
16日	<b>-88.2</b>	-85.6	-81.6	
17日	-85.2	-84.0	-79.5	
18日	-86.5	-84.9	-80.3	
19日	-85.0	-84.4	-80.6	
20日	-85.7	-84.7	-80.2	
21日	-86.1	-85.1	-80.5	
22日	-85.8	-84.8	-80.9	
23日	-86.1	-84.3	-79.1	
24日	-84.0	-82.5	-77.5	
25日	-83.0	-82.1	-78.9	
26日	-82.8	-82.3	-78.5	
27日	-83.2	-82.1	-78.3	
28日	-82.6	-82.1	-78.4	
29日	-84.3	-83.2	-78.7	
30日	-85.2	-84.4	-80.3	
31日	-84.7	-84.3	-80.6	
全体	<b>-88.2</b>	-83.7	<b>-77.2</b>	

2025-01-06

Miki Yoshikawa

Miki Yoshikawa

署名理由：内容確認

# OnDollReport202412

最終監査レポート

2025-01-06

作成日 :	2025-01-06
ユーザー名 :	Miki Yoshikawa (yoshikawa.miki.ht@mail.hosp.go.jp)
ステータス :	署名済み
トランザクション ID :	CBJCHBCAABAAbKQ2DJ7Ff0mcJN203-UiFPBscuBpKxTL

## 「OnDollReport202412」の履歴

-  Miki Yoshikawa (yoshikawa.miki.ht@mail.hosp.go.jp) 様が文書を作成しました  
2025-01-06 - 1:02:22 GMT- IP アドレス : 155.190.52.41
-  文書が署名のために Miki Yoshikawa (yoshikawa.miki.ht@mail.hosp.go.jp) 様 様に電子メールで送信されました  
2025-01-06 - 1:02:27 GMT
-  文書が承認のために suizu.tomoki.rh@mail.hosp.go.jp 様 に電子メールで送信されました  
2025-01-06 - 1:02:27 GMT
-  Miki Yoshikawa (yoshikawa.miki.ht@mail.hosp.go.jp) 様が電子メールを閲覧しました  
2025-01-06 - 1:02:48 GMT- IP アドレス : 155.190.52.41
-  Miki Yoshikawa (yoshikawa.miki.ht@mail.hosp.go.jp) 様が文書に電子サインしました  
署名日 : 2025-01-06 - 1:03:27 GMT - タイムソース : サーバー- IP アドレス : 155.190.52.41
-  suizu.tomoki.rh@mail.hosp.go.jp 様が電子メールを閲覧しました  
2025-01-06 - 1:04:18 GMT- IP アドレス : 104.47.23.190
-  署名者 suizu.tomoki.rh@mail.hosp.go.jp 様は 署名時に 水津智樹 として名前を入力しました  
2025-01-06 - 1:04:53 GMT- IP アドレス : 155.190.52.41
-  水津智樹 (suizu.tomoki.rh@mail.hosp.go.jp) 様が文書を承認しました  
承認日 : 2025-01-06 - 1:04:55 GMT - タイムソース : サーバー- IP アドレス : 155.190.52.41
-  すべてのプロセスが完了しました  
2025-01-06 - 1:04:55 GMT