

災害対応マニュアル

_____さん

- ◆このマニュアルは、災害への備えや災害時の対応について、ご本人・ご家族及び関係者で相談し作成したものです。
- ◆災害はある日突然やってきます。このマニュアルを人工呼吸器のすぐそばに置いて、時々内容を確認してください。
- ◆災害時は落ち着いて、決めておいた対応をとりましょう。
- ◆避難・入院する際も、このマニュアルを必ず持って行きましょう。

平成 20 年 1 0 月 変更版

災害対応マニュアル 目次

緊急時の連絡先	2 ページ
関係者連絡リスト	3 ページ
緊急時の連絡票（1）	4 ページ
使用薬剤（院外処方箋）	5 ページ
緊急時の連絡票（2）	6 ページ
人工呼吸療法の詳細	7 ページ
回路図または写真を貼っておきましょう	8 ページ
突然の災害が起こった場合	9 ページ
停電になった場合	10 ページ
災害に備えて用意しておくもの	11 ページ
避難時に持っていくもの	12 ページ

緊急時の連絡先

＜地震などの突然の災害発生、水害や土砂災害など自宅療養が困難な場合＞

◆主治医連絡先

機 関 名	窓口担当者	電話番号

◆人工呼吸器、在宅酸素連絡先

機 関 名	窓口担当者	電話番号

◆避難（緊急入院）先

機 関 名	主治医名	電話番号

◆病院へ避難（入院）できない時の電力が確保できる施設

	機 関 名	窓口担当者	電話番号
発電機のあるところ			
自家発電設備のあるところ			

◆移動方法

* 救急車・福祉タクシー・自家用車・近隣による搬送手段の検討と確保

手段を記入	連絡先（電話番号）等

情報更新日 年 月 日

関係者連絡リスト

区分	所属	氏名	電話番号

家族・親戚

続柄	氏名	住所	電話番号（携帯）

緊急時の連絡票（1）

- ◆これは災害時、緊急避難的に受診する際、受け入れ医療機関に参考にしてもらうものです。できる限り、主治医に連絡をとってもらい、内容を確認してもらいましょう。

患者氏名		性別	男・女
生年月日	M/T/S/H	年 月 日生	(歳)
住 所	(〒)	(TEL)	
診 断 名			
主 治 医	(医療機関名) (TEL) (医師名)		
(今までの経過)			
(発 症) 年 月			
(人工呼吸器装着) 年 月			
合併症			

情報更新日 年 月 日

使用薬剤

(院外処方箋の最新のものを入れてください)

緊急時の連絡票 (2)

基礎 情報	身長	cm	体重	kg
	血圧	/ mmHg	体温	°C
	脈拍	回/分	SpO ₂	%
吸引	気管内チューブ	製品名		
		サイズ	mmI.D. 内径	mmOD
	吸引チューブ	製品名		
	サイズ	mm	Fr	長さ cm
	吸引回数	回/日 (うち夜間 回)		
栄養	摂取方法	経口・経鼻・胃ろう・IVH・その他 (具体的に記載)		
	種類・摂取量	種類	ml/回	回/日
排泄	方法	尿：	便：	
	通常量	尿：	ml/日	便： 日間に 回
コミュニケーション方法： 会話・筆談・文字盤・意思伝達装置 (具体的に記載)				
その他特記事項				
記入者	(所属)	(氏名)		

人工呼吸療法の詳細

(呼吸器の設定が分かる書類がある場合は最新のものを
 ファイリングし、記入は不要)

自発呼吸	有 ・ 無
------	-------


機 種			
離 脱	可 (約 分)	・	不可
換気モード		I : E 比	
1 回換気量	ml	気道内圧上限	cmH ₂ O
呼吸回数	回	酸素流量	ℓ/分

情報更新日 年 月 日


回路図又は写真を貼っておきましょう

< 機械の説明書の図のコピーなど >

◆人工呼吸器と回路の接続



◆人工呼吸器と外部バッテリーの接続



突然の災害が起こった場合

- ◆まず患者さんが大丈夫か、人工呼吸器が正常に作動しているかどうか、確認してください。

確認のポイント

注) 呼吸器のアラームが鳴っていなくても、必ず確認しましょう。

- ①人工呼吸器本体に破損がなく、作動しているか
- ②異常な音、臭いは出ていないか
- ③呼吸器回路の各接続部にゆるみはないか
- ④回路は破損していないか
- ⑤設定値が変わっていないか
- ⑥停電していないか

- ◆正常に作動していない場合は、すぐにアンビューバックによる呼吸を開始してください。

* アンビューバックはカニューレの口に装着し、あわてずゆっくり押し、自然にバックが再び膨らむのを待ってから、また押します。

- ◆呼吸器が正常に作動していない場合

人工呼吸器提供会社に連絡してください。

停電になった場合

◆ 電気が消えたらバッテリーが作動します。あせらずに！

(1) まずブレーカーを確認

*ブレーカーが落ちていたら、ブレーカーをあげましょう！

(2) ブレーカーが落ちていない場合は

* 関西電力

営業所

に連絡し

(TEL — —)

① 停電していること

② 人工呼吸器をつけた患者がいること

③ お客様番号（日程・所・番号を含む 14 ケタ）

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

をはっきり伝え、復旧を依頼しましょう！

◆ 広域停電で、長時間復旧のめどが立たない、または関西電力と連絡が取れない場合は、緊急時の連絡先・避難（入院）先・移動方法等で避難（入院）してください。

◆ 人工呼吸器の内部 + 外部バッテリー持続時間は

概ね 時間です

◆ 吸引器のバッテリー持続時間は連続使用で

概ね 時間です

災害に備えて用意しておくもの

- ◆まとめられる物はひとまとめにして、地震のときに飛ばないようにベッドの下など、人工呼吸器の近くに置いておきましょう。
- ◆アンビューバック・懐中電灯にはたぐりひもをつけ、ベッドに結んでおくにあわてず探すことができます。

品 目	個 数	おいてある場所
アンビューバック		
外部バッテリー		
予備の回路一式		
予備の吸引器 (手動又はバッテリー内蔵型)		
予備の吸引用チューブ		
手袋		
アルコール綿		
精製水または水		
ラジオ		
懐中電灯		
携帯電話の使い捨て充電器		
延長コード		
非常用食品又は 予備の経管栄養セット		
発電機と(*)ガソリン (*引火に注意・屋外保存)		

避難時に持っていくもの

◆ 自宅での療養が困難な場合、避難先に持っていくもの

必要物品	医療機関への 避難（入院）	医療機関以外 への避難
人工呼吸器		
呼吸器回路一式		
加温加湿器		
アンビューバック		
吸引器		
吸引チューブ		
保険証 特定疾患受給者証 身体障害者手帳等		
紙おむつ		
精製水または水		
経管栄養セット		
手袋		
アルコール綿		